



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego**

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

PSRM/D/103/2016

Błonie, dnia 9 czerwiec 2016 r

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 68137 - 2016 z dnia 03.06.2016 r., na materiałów jednorazowego użytku i produktów leczniczych [Nr postępowania : RM/ZP/7/16]

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy- Prawo Zamówień Publicznych, SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

Dotyczy Zadania 3 „ Paski testowe do glukometru”

Pytanie: Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym oksydaza glukozowa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie: Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 wymaga, aby paski miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – prawidłowy, niski i wysoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie: Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści do udziału w postępowaniu paski, których zakres temperatury przechowywania wynosi 4-30°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

Pytanie: Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści do udziału w postępowaniu paski, których stabilność po otwarciu opakowania wynosi 3 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

Pytanie: Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 wymaga pasków, które do badania wykorzystują próbkę krwi poniżej 0,6 µl?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie: Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 wymaga krótkiego czasu pomiaru wynoszącego 5 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie: Czy Zamawiający w Zadaniu 3 będzie wymagał dla testów paskowych spełnienia kryterium dokładności wg normy ISO 15197:2013 i zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2016 oraz dopuszczalnej temperatury pomiaru minimum od 8°C do 44°C, co wpływa na ograniczenie ryzyka otrzymania niedokładnego wyniku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Pytanie: Czy zamawiający w Zadaniu 3 wymaga, aby przydatność testów paskowych po otwarciu fiolki była zgodna z datą podaną na opakowaniu co umożliwi oszczędne gospodarowanie środkami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski do glukometrów wykorzystywane w kilkudziesięciu szpitalach publicznych w Polsce, w tym również w szpitalach klinicznych, objęte refundacją Ministerstwa Zdrowia, które posiadają następujące parametry:

1. aplikacja próbki pomiarowej na zasadzie kapilarnej z obszarem chłonnym paska testowego umieszczonym od czoła paska
2. brak konieczności kodowania (kalibrowania) glukometru
3. bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska po pomiarze
4. automatyczne włączenie się glukometru po wsunięciu paska testowego
5. zasilanie z ogólnodostępnych wymieniających i tanich baterii litowych 3V typu CR2032
6. spełniający warunki dokładności określone normą ISO 15197:2013
7. zakres pomiarowy 20-600 mg/dl
8. jednostki pomiarowe do wyboru mg/dL lub mmol/L
9. wielkość próbki krwi 1,0 mikrolitr
10. czas pomiaru 5 sekund
11. ilość pomiarów na jednej baterii minimum 1000
12. pamięć wewnętrzna pomiarów – 512 wyników
13. wszystkie opakowania i instrukcje do glukometru i pasków w języku polskim
14. metoda pomiaru biosensoryczna
15. zastosowany enzym – oksydaza glukozy (GOD)
16. możliwość alternatywnego miejsca nakłucia (dłoń)
17. temperatura przechowywania pasków 2-30°C
18. temperatura wykonania pomiaru 10-40°C
19. zakres hematokrytu 30-55%
20. kalibracja do osocza krwi
21. pomiar z krwi kapilarnej
22. brak kontaktu krwi z glukometrem
23. opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania
24. trwałość roztworów kontrolnych po otwarciu opakowania 3 miesiące

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania powyższe.

Dotyczy Zadania 4 „Opaski dziane i elastyczne”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści opaskę o wymiarach 12 cm x 4m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania powyższe

Dotyczy Zadania 5 „Ampułki”

Pytanie: Czy Zamawiający w pozycji nr 6. Calcium 10%/10ml x 10 amp. z zadania nr 5. Ampułki, wymaga Calcium chloratum czy Calcium gluconate? W przypadku wskazania na Calcium chloratum prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści produkt o mniejszej dawce niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na jej zmianę przez producenta z 100 mg/ml na 67 mg/ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania powyższe.





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Dotyczy Zadania 7 „Leki psychotropowe”

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ze specyfikacji zadania nr 7. Leki psychotropowe, pozycji nr 4. Clonazepam 1mg/1ml x 10 amp. ze względu na wstrzymanie produkcji przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Proszę o wycenę zgodnie z cenami obowiązującymi dotychczas, a zamówienia będą składane po przywróceniu produkcji.

Główny Księgowy
Skorupka
Małgorzata Skorupka

